




Product Service

Prüfprotokoll / test protocol
Rollatoren 07/05

Auftraggeber / Client:	DOLOMITE AB Box 55, V Götgatan 5 S-334 21 Anderstorp, Sweden	
Herstellungsort / Manufacturing location:	Shanghai Shunlong Physical Therapy Equipment Co., Ltd No. 259 Jiugan Road, SiJing Town Songjiang District Shanghai China	
Gegenstand der Begut- achtung / Test object:	Rollator Typ / type: SN: max. Benutzergewicht / max. userweight: Rollatorhöhe / Rollator height:	P 452E/3 test sample 130 kg 710 - 980 mm
Klassifikations-Nr. nach ISO/FDIS 9999 / Classification no. acc. To ISO/FDIS 9999:	120606, Rollatoren Vorrichtungen mit zwei oder mehr Rädern und mit Handgriffen, Ausrüstung mit Ruhesitz eingeschlossen <i>Devices with two or more wheels and with handles, equipment with resting seat enclosed</i>	
Prüfspezifikation: Test specifications:	EN ISO 11199-2 2005	
Angaben zur Prüfung / Data for testing:	Prüfauftrag vom / test order dated: Prüfmustereingang / test sample received: Ort der Prüfung / location of test: Prüfungszeitraum / test period: Projektleiter / Project manager: Prüfer / tester:	2007-09-26 2007-10-08, PM-07 0303 TÜV SÜD PS Hannover 2007-10-16 bis / to 2007-10-26 Jens Meyer Jens Meyer / Christian Hartmann

Prüfergebnis: positiv negativ
Test result: positive negative

geprüft durch: Datum: Unterschrift:
tested by: Jens Meyer date: 2007-11-26 signature: 

überprüft durch: Datum: Unterschrift:
checked by: Torsten Zimmer date: 2007-11-26 signature: 

Dieses Prüfprotokoll darf nur in vollständigem Wortlaut wiedergegeben werden. Die Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Es enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis und stellt kein allgemein gültiges Urteil über Eigenschaften aus der laufenden Fertigung dar.

This test protocol may only be quoted in full. Any use for advertising purposes must be granted in writing. This test protocol is the result of a single examination of the object in question and is not generally applicable evaluation of the quality of other products in regular production.

Produktbeschreibung / Product description:

Rollator Typ / type: P 452E/3



Technische Daten / Technical Data:	
max. Benutzergewicht / max. userweight:	130 kg
max. Länge / max. length:	690 mm
max. Breite / max. width:	600 mm
Rollatorhöhe / Rollator height:	von / from 710 mm bis / to 980 mm
Wendebereich / Turning width:	830 mm
Faltmaß (HxBxL) / Folded dimensions (HxWxL):	280 x 605 x 840 mm
Handgrifflänge / Handgrip length:	100 mm
Handgriffbreite / Handgrip width:	52 mm (anatomisch geformt / anatomic formed)
Abstand zum Bremshebelgriff / Brake grip distance:	65 mm
Radbreite / Wheel width:	40 mm
Raddurchmesser / Wheel diameter:	190 mm
Sitzhöhe / Seat height:	610 mm
Rollatorgewicht / Rollator weight:	9 kg (ohne Zubehör)